



BIOLAB

Avda. de los Reyes, Nº 59
28770 Colmenar Viejo - Madrid
Tel: 91 846 26 93 - www.biolab.com.es

D^a Ana María Escario García-Trevijano,
con D.N.I.: 51440074E, como
Administradora de la empresa **BIOLAB,
S.L.**, con C.I.F.: B-28778975, y Director de
Estudio CERTIFICA que:

En los productos Revivator Plus y
Revivator Res-Q, fabricados por el
Promotor HERSILL, S.L., se han llevado a
cabo los siguientes estudios para la
evaluación de la Biocompatibilidad
obteniéndose los siguientes resultados:

- Citotoxicidad de acuerdo con la
Norma UNE-EN ISO 10993-5.
Resultados: ninguno de los
productos ha mostrado
citotoxicidad.
- Hipersensibilidad retardada de
acuerdo con la Norma UNE-EN ISO
10993-10.
Resultados: los productos se
consideran NO SENSIBILIZANTE.
- Irritación dérmica de acuerdo con
la norma UNE-EN ISO 10993-10.
Resultados: ninguno de los
productos ha mostrado irritación
clasificándose como NO
IRRITANTE.

En Colmenar Viejo, a 29 de septiembre de
2010

Ms. Ana María Escario García-Trevijano,
with National identity document:
51440074E, as Manager of the company
BIOLAB, SL, with VAT ESB28778975, and
as Study Director CERTIFIES that:

In the Revivator Plus and Revivator Res-
Q products, manufactured by the
Sponsor Hersill, SL, the following studies
were carried out to assess the
biocompatibility with the following
results:

- Citotoxicity according to UNE-EN
ISO 10993-5 standard.
Results: none of the products
have shown cytotoxicity.
- Delayed hipersensitivity
according to UNE-EN ISO 10993-
10 standard.
Results: the products are
considered as NO SENSITIZER.
- Dermal irritation according to
UNE-EN ISO 10993-10 standard.
Results: none of the products
have shown irritation. They are
classified as not irritating.

Colmenar Viejo, 2010, September 29th



Firma / Signature:
Ana María Escario García-Trevijano